

## Теплосчетчики ТЭСМАРТ полностью отвечают требованиям новых Правил учета тепла

### Новые правила учета тепла в РФ

В соответствии с новыми Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ №1034 от 18 ноября 2013 в теплосчетчиках ТЭМ-104, ТЭМ-106, ТЭСМА-106, ТСМ объем архива увеличен в два раза.

Теперь в архив могут быть записаны и сохранены:

- 1728 (72 суток) часовые записи;
- 736 (24 месяца) суточные записи;
- 256 (20 лет) месячные записи;
- 256 записей событий .

Требования новых Правил коснулись не только объема архива - изменен приоритет учета ошибок при одновременном возникновении, изменен алгоритм накопления в интеграторах.

Для выполнения этих требований в теплосчетчиках ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ), ТЭМ-106, ТЭСМА-106, ТСМ вводится режим dT. Этот режим может быть установлен наладчиком в теплосчетчике в режиме "Настройки параметров систем".



В этом режиме приоритет учета ошибок, алгоритм накопления интеграторов времен работы прибора в ошибка, алгоритм накопления интеграторов тепловой энергии и массы приведен в соответствии с п. 56-59 Правил учета.